

TECHNICAL DATA

Fluke 718Ex 本安型压力校准器



主要特性

Fluke 718Ex 提供:

- ATEX II 1G EEx ia IIC T4 Compliant
- 内置压力/真空手泵，有微调旋钮和排放阀
- 现可提供200KPa，700KPa和2100KPa内置压力模块量程
- 使用内部压力传感器，压力测量精度0.05%满量程
- 使用Fluke 700PEX压力模块，压力测量至200bar
- 多种压力单位可选
- 流测量准确度达0.02%，分辨率达0.001mA
- 压力开关测试功能
- 最小—最大保持功能
- 紧凑的机身
- 简单、按键式用户接口
- 坚固、可靠，适合现场应用

产品概述: Fluke 718Ex 本安型压力校准器

Fluke 718Ex是新型的本安型压力校准器，可用于有爆炸危险的区域。

产品规格: Fluke 718Ex 本安型压力校准器

压力测量精度		
Fluke 718Ex 30G	量程	-830 mbar 至 2 bar (内部传感器) 超压：3x FS
	分辨率	0.0001 bar
	精度	0.05% FS
	功能	零、最小值、最大值、保持、衰减
Fluke 718Ex 100G	量程	-830 mbar 至 6.9 bar (内部传感器) 超压：2x FS
	分辨率	0.001 bar
	精度	0.05% FS
	功能	零、最小值、最大值、保持、衰减
Fluke 718Ex 300G	量程	-830 mbar 至 20 bar (内部传感器) 超压：375 psi (25 bar)
	分辨率	0.0001 bar
	精度	0.05% FS
	功能	零、最小值、最大值、保持、衰减
Fluke 718Ex 系列	量程	通过压力模块连接器 29 个压力模块，2.5 mbar 至 700 bar 超压，按照压力模块规格
	分辨率	按照压力模块规格
	精度	按照压力模块规格，至满量程的 0.025%
	功能	零、最小值、最大值、保持、衰减
	源压力，内置泵量程	-820 mbar 至满量程
适用于非腐蚀性气体。 支持的压力单位包括 psi、inH ₂ O (4 °C)、inH ₂ O (20 °C)、kPa、cmH ₂ O (4 °C)、cmH ₂ O (20 °C)、bar、mbar、kg/cm ² 、mmHg、inHg 介质兼容性，按照压力模块规格		
技术参数		
测量精度	量程	0 至 24 mA
	分辨率	0.001 mA
	精度	读数的 0.02% ± 2 个字
显示屏	LCD，同时显示 5 位数压力和电流值	

环境指标	
工作温度	-10 °C 至 55 °C
存放温度	-40 °C 至 60 °C
湿度（无冷凝）	95%（10 °C 至 30 °C）
	75%（30 °C 至 40 °C）
	45%（40 °C 至 50 °C）
	35%（50 °C 至 55 °C）
工作海拔	最高 3,000 m
安全规格	
安全	符合 ATEX II 1G Ex ia IIC T4
	CSA 认证 I.S. I 级
	1 类 A-D 组，T4
机械和通用规格	
尺寸（长 x 宽 x 高）	216 x 94 x 66 mm（带皮套）
重量	约 992 g（带皮套）
保修期	三年，泵为一年
撞击	1 米下落试验
振动	随机性，2 G，5-500 Hz
电池类型	一节 9 V 碱性电池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V
电池寿命	4 至 20 小时，取决于所用功能

Ordering information



Fluke 718EX 30G

压力校准器 30 psi

每个校准器均包括:

- 红色防护套
- TL75 测试线
- AC72 测试夹
- 介质过滤器
- CD版用户手册（英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷兰文、挪威文、丹麦文、瑞典文、芬兰文、芬兰文、葡萄牙文、韩文、中文、日文）

Fluke 718EX 100G

压力校准器 100 psi

每个校准器均包括:

- 红色防护套
- TL75 测试线
- AC72 测试夹
- 介质过滤器
- CD版用户手册（英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷兰文、挪威文、丹麦文、瑞典文、芬兰文、芬兰文、葡萄牙文、韩文、中文、日文）
- 福禄克718EX CCD内容控制图
- NIST可追溯校准报告和数据

Fluke 718EX 300G

压力校准器 300 psi

每个校准器均包括:

- 红色防护套
 - TL75 测试线
 - AC72 测试夹
 - CD版用户手册（英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷兰文、挪威文、丹麦文、瑞典文、芬兰文、芬兰文、葡萄牙文、韩文、中文、日文）
 - Fluke 718Ex CCD控制图
 - NIST可追溯校准报告和数据
-



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福祿克公司
10/2024
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229