



广州晶欣生物科技有限公司

质检报告

胰酶溶液测试及结果

测试项目	结果
外观	透明，澄清的红色液体
pH@25°C	7.4 - 7.6
渗透压	308 mOsm/kg H ₂ O
微生物培养	细菌阴性，支原体阴性
细胞消化实验	良好

Cat. No. : **GX25200**

Lot. No. : **2022071304**

Pro. Date: **20220713**

Exp. Date: 一年

Store at: **-20°C**

For Laboratory Research Use Only.



检验日期: **20220714**