

3mm 高通量核磁管检测报告

样品名称及编号 Sample Name and NO.	测试项目 Test Item	测试结果 Test result	指标 Index	结论 Conclusion
核磁管 20240117-22-01-001	膨胀系数 *10 ⁻⁶ /K-1 (20°C-300°C)	3.4	3.3±0.1	符合
	直线度 mm	0.1	≤1	符合
	耐酸性能	1 级	1 级	符合
	耐碱性能	A1 级	不低于 A2 级	符合
	Nhz Rating 级别	符合要求	High-Throughput 高通量	符合
	壁厚偏度 mm	0.01	≤0.05	符合
	裂纹	符合要求	任何部位都不应有 裂纹	符合
	结石和结瘤	符合要求	不应有直径大于 0.5mm 结石 不应有 直径大于 1.0mm 结 瘤	符合
	凸度 μm	55	≤60	符合
同心度 μm	23	≤25	符合	

参考标准: GB/他 34843-2017, GB 12414-1995

