

7G7Mvo6

QKzIJNX



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18543

检验报告

产品名称: 一次性使用丁腈检查手套

委托单位: 勒拿医疗科技(上海)有限公司

委托单位地址: 上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼 106-107 室

产品型号: Acesun-JW0604-SMI

发布日期: 2025.07.25

深圳市京立安检测有限公司



产品名称:	一次性使用丁腈检查手套		
制造厂商:	勒拿医疗科技(上海)有限公司		
制造地址:	上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼 106-107 室		
主检型号:	Acesun-JW0604-SMI		
附加型号:	/		
商标:	/	接收日期:	2025.07.18
检验类别:	委托检验	完成日期:	2025.07.25
样品说明: 试验样品一次性使用丁腈检查手套, 型号Acesun-JW0604-SMI, 样品数20PCS			
检测方法: GB 28881-2023 《手部防护 化学品及微生物防护手套》			
检测结果: 手套抗渗透等级不低于2级。			
 (检测单位盖章)			
主 检:		审 核:	 批 准: 

序号	化学名称	CAS号	浓度 (%)	单项判定
1	甲醇	67-56-1	99.5	2级
2	乙酸乙酯	141-78-6	99.0	2级
3	正己烷	110-54-3	97.0	2级
4	四氢呋喃	141-78-6	99.0	2级
5	二氯甲烷	75-09-02	99.5	2级
6	丙酮	67-64-1	99.2	2级
7	乙腈	75-05-8	99.0	2级
8	甲苯	108-88-3	99.5	2级
9	N,N-二甲基甲酰胺	68-12-2	99.5	2级
10	二硫化碳	75-15-0	99.0	2级
11	硫酸	7664-93-9	96.0	2级
12	氢氧化钠	1310-73-2	40.0	2级
13	三乙胺	121-44-8	99.5	2级
14	三氟乙酸	76-05-1	99	2级

备注:

测试部位: 手掌

抗渗透性能等级

级别	标准透过时间t/min
1	$10 \leq t \leq 30$
2	$30 < t \leq 60$
3	$60 < t \leq 120$
4	$120 < t \leq 240$
5	$240 < t \leq 480$
6	$t > 480$

注: 1级为抗渗透性能等级最低级。

样品图片



***** 报告结束*****

注意事项 Important

1. 报告无检测单位印章无效;
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分地复制本报告;
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效;
4. 报告涂改无效;
5. 检测结果仅对所受试样品有效;
6. 对于送检样品, 样品信息委托方声称, 本公司不对其真实性负责;
7. 委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品, 视作允许试验单位自行处理;
8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料;
9. 出于为客户保密的协定, 需出具委托方许可方可查询报告详情;
10. “*”标识的测试项目为委托外部测试, 不在CNAS或CMA授权范围内, 不可作为公正性作用用途;
11. 对检测报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出;
12. 委托检测结果仅对所检测样品有效;
13. 判定用语中“—”或“N”表示“不适用”, “/”表示“未检测”, “P”表示“合格或通过”, “F”表示“不通过”或“不合格”。