



# 广州高铁计量检测股份有限公司

Guangzhou Gaotie Metrology and Test Co., Ltd.

报告编号: 

Report No. GTT01822049565-001

第 1 页 共 3 页


Page of

## 测试报告


### TEST REPORT




|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 委 托 方<br>Client                | 广州市铨泰电子科技有限公司     |
| 联 络 信 息<br>Contact Information | 广州市白云区太和镇永兴和兴东街8号 |
| 样 品 名 称<br>Description         | 无线高压相序测试仪         |
| 型 号 / 规 格<br>Model/Type        | 1050              |
| 编 号<br>Serial No.              | 10820304          |
| 制 造 商<br>Manufacturer          | 广州市铨泰电子科技有限公司     |
| 接 收 日 期<br>Date of Receipt     | 2022 - 12 - 22    |

批准人  吕文龙  
Approved by

(报告专用章)  
stamp

审核人  孔维锋  
Checked by

测试员  邓志聪  
Tested by

测试日期 2022 - 12 - 22  
Date of Test

建议测试周期 12 个月  
Recommended test period 12 Months

签发日期 2022 - 12 - 26  
Date of Approved

发布日期 2022 - 12 - 26  
Date of Issue



扫一扫查真伪

地址: 广州市番禺区大石街南大公路礼村鸿图工业园A1幢1、2楼  
Add: 1-2F, Building A1, Hongtu Industrial Park, Licun Road, Nanda Road, Dashi Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China  
电话 (Tel): 020-39932518 传真 (Fax): 020-34797200 邮编 (Post Code): 511430  
公司网址 (Web): <http://www.gaotie.com> 微信公众号 (WeChat): 广州高铁计量



说明  
DIRECTIONS

报告编号:   
Report No. GTT01822049565-001

第 2 页 共 3 页  
Page of

1. 本次测试的技术依据:

Reference documents for the test:

参照 GT/SCF 44-2019 《相序表校准方法》

2. 本次测试所使用的主要检测设备:

Major standards of measurement used in the test:

| 设备名称/编号<br>Name of Equipment/Serial No. | 证书编号/有效期<br>Certificate No./Due date | 计量特性<br>Metrological Characteristic   | 溯源单位<br>Traceability Institute    |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 三相电能表检定装置/<br>8040413                   | GTC01822043623-001/<br>2023-11-07    | ACV: $U_{rel}=0.10\%$<br>ACA: $U_{rel}=0.10\%$<br>DCV: $U_{rel}=0.07\%$<br>DCA: $U_{rel}=0.08\%$<br>Fre: $U_{rel}=0.01\%$<br>W: $U_{rel}=0.01\%(k=2)$ | 广州高铁计量检测股<br>份有限公司/广东省计<br>量科学研究院 |

测试地点: 本公司电磁室 Electromagnetic Lab

Place of the test:

测试环境条件:

Environmental of the test

温度: 20 °C

Temperature

相对湿度: 56 %

Relative humidity

- 注: 1. 本报告测试结果只与受测试样品有关。  
2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此报告。  
3. 此报告无本公司盖章无效。  
4. 报告与原始记录同号。

- Note: 1.The results relate only to the items test.  
2.This report shall not be reproduced except to full, without the written approval of our laboratory.  
3.This report shall not be valid without stamp of our institute.  
4.This report No. is according to the record No.



报告编号:  
Report No.



GTT01822049565-001

第 3 页 共 3 页  
Page of

### 测试结果 RESULTS OF TEST

1、外观以及一般性检查：正常

2、相序测试：

|              |    |
|--------------|----|
| (1).各相指示灯显示  | 正常 |
| (2).三相电压顺相指示 | 正常 |
| (3).三相电压逆向指示 | 正常 |
| (4).电压缺相指示   | 正常 |

结论：该仪器工作正常。

(以下空白)

