



广州高铁计量检测股份有限公司

Guangzhou Gaotie Metrology and Test Co., Ltd.

证书编号:



Certificate No. GTC01924018100-001

第 1 页 共 3 页

Page of

# 校准证书

## CALIBRATION CERTIFICATE



委托方  
Client

广东铨电测控技术有限公司

联络信息  
Contact information

佛山市南海区桂城街道石龙北路105号联东智造园5座10楼

样品名称  
Description

架空线路接地故障巡查仪

型号 / 规格  
Model/Type

ETCR1400C

编号  
Serial No.

1402240003

制造商  
Manufacturer

广东铨电测控技术有限公司

接收日期  
Date of Receipt

2024 - 07 - 24

批准人  
Approved by

吕文龙

吕文龙

(证书专用章)  
stamp

审核人  
Checked by

黄如生

黄如生

校准员  
Calibrated by

湛耀宗

湛耀宗

校准日期  
Date of Calibration

2024 - 07 - 24

建议校准周期  
Recommended calibration period

12个月

12 Months



扫一扫查真伪

番禺实验室: 广州市番禺区大石街南大公路礼村鸿图工业园A1幢1、2楼

电话 (Tel): 020-39932518 传真 (Fax): 020-34797200 邮编 (Post Code): 511430

顺德实验室: 广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路33号盛越园6栋

电话 (Tel): 0757-29393787 传真 (Fax): 0757-29393797 邮编 (Post Code): 528325

公司网址 (Web): <http://www.gaotie.com>

微信公众号 (WeChat): 广州高铁计量



## 说明

### DIRECTIONS

证书编号:



Certificate No. GTC01924018100-001

第 2 页 共 3 页

Page of

#### 1. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the Calibration:

JJF 1691—2018 《绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范》

#### 2. 本次校准所使用的主要计量标准器具:

Major standards of measurement used in the calibration:

设备名称/编号 Name of Equipment/Serial No.	证书编号/有效期 Certificate No./Due date	计量特性 Metrological Characteristic	溯源单位 Traceability Institute
数字示波器/ C018001	GTC01823044346-001/ 2024-10-07	时间: $U_{rel}=0.28\%$ 电压: $U_{rel}=0.56\%(k=2)$	广州高铁计量检测股份有限公司/广东省计量科学研究院
衰减棒 (高压探头) / C091262	WWM202301557/ 2024-12-21	直流电压衰减比: $U_{rel}=0.34\%$ 上升时间: $U_{rel}=5\%(k=2)$	广东省计量科学研究院



校准地点: 番禺实验室电磁室 Panyu Electromagnetic Lab

Place of the Calibration:

校准环境条件:

温度: 22 °C

相对湿度: 56 %

Environmental of the Calibration Temperature

Relative humidity

注: 1. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。

Note: 1. The results relate only to the items calibrated.

2. 未经本公司书面批准, 不得部分复制此证书。

2. This certificate shall not be reproduced except to full, without the

3. 此证书无本公司盖章无效。

written approval of our laboratory.

4. 证书与原始记录同号。

3. This certificated shall not be valid without stamp of our institute.

5. 本次校准日期视为发布日期。

4. This certificate No. is according to the record No.

5. The calibration date is ths date of issue of the certificate.



证书编号:



Certificate No. GTC01924018100-001

第 3 页 共 3 页

Page of

## 校准结果 RESULTS OF CALIBRATION

1、外观以及一般性检查：正常

2、电压示值校准：

档位	设定值 (V)	实测值 (V)	误差 (V)	允许误差 (V)	结论 (Pass/Fail)
3000V	3268	3154	114	± 163	P
8000V	8469	8315	154	± 423	P

3、击穿报警电流示值校准

示值 (mA)	实测值 (mA)	误差 (mA)	允许误差 (mA)	结论 (Pass/Fail)
1	1.01	-0.01	± 0.05	P
5	5.06	-0.06	± 0.25	P
10	10.08	-0.08	± 0.50	P
20	20.26	-0.26	± 1.00	P
50	50.47	-0.47	± 2.50	P
100	102.33	-2.33	± 5.00	P

结论：符合所校准项目技术依据要求。

备注： 1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 $k$ 。

电压： $U_{rel}= 4\%$

交流电流： $U_{rel}= 0.34\%$

( $k=2$ )

2.依据JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

---

(以下空白)

