

USB3145A 数据采集卡

产品使用手册

V6.00.00



■ 关于本手册

本手册为阿尔泰科技推出的 USB3145A 数据采集卡的用户手册，其中包括快速上手、功能概述、设备特性、AI 模拟量输入、CTR 计数器功能、DIO 数字量输入输出、产品保修等。

文档版本：V6.00.00

目 录

■ 关于本手册	1
■ 1 快速上手	5
1.1 产品包装内容	5
1.2 安装指导	5
1.2.1 注意事项	5
1.2.2 应用软件	5
1.2.3 软件安装指导	5
1.2.4 硬件安装指导	6
1.3 设备接口定义	6
1.4 板卡使用参数	6
■ 2 功能概述	7
2.1 产品简介	7
2.2 系统框图	7
2.3 规格参数	7
2.3.1 产品概述	7
2.3.2 AI 模拟量输入	8
2.3.3 DIO 数字量输入输出	8
2.3.4 CTR 计数器	9
2.3.5 +5V 输出	9
2.3.6 外部供电	10
2.3.7 板卡功耗	10
2.3.8 设备配置	10
2.3.9 设备信息查询	10
2.3.10 其他规格参数	10
■ 3 设备特性	11
3.1 板卡外形图	11
3.2 尺寸图及主要元件功能说明	11
3.3 接口定义	13
■ 4 AI 模拟量输入	15
4.1 AI 功能框图	15
4.2 AI 数据采集注意事项	15

4.2.1	使用低阻抗信号源.....	15
4.2.2	使用高质量电缆.....	15
4.2.3	选择合适的采样速率.....	16
4.3	AI 校准 (CAL).....	16
4.4	AI 数据格式及码值换算.....	16
4.5	AI 信号连接.....	17
4.6	AI 内时钟与外时钟.....	18
4.6.1	AI 时钟源选择.....	18
4.6.1	时钟输入输出的连接.....	18
4.7	AI 采集模式.....	18
4.7.1	按需单点采样.....	18
4.7.2	有限点采样.....	19
4.7.3	连续采样.....	19
4.8	AI 触发.....	20
4.9	AI 多卡同步的实现方法.....	20
5	CTR 计数器.....	22
5.1	边沿计数.....	22
5.1.1	计数方向控制.....	22
5.1.2	边沿计数.....	22
5.1.3	计数重置.....	22
5.2	频率/周期测量.....	23
5.2.1	测量低频信号.....	23
5.2.2	测量高频信号.....	23
5.2.3	测量大范围信号.....	24
5.2.4	周期测量和频率测量.....	24
5.3	半周期测量.....	24
5.4	脉冲测量.....	25
5.4.1	单脉冲测量.....	25
5.4.2	脉冲与半周期测量.....	25
5.5	脉宽测量.....	25
5.6	两边沿间隔测量.....	26
5.7	编码器.....	26
5.7.1	利用正交编码器测量.....	26
5.7.2	利用双脉冲编码器测量.....	28
5.7.3	利用单脉冲编码器测量.....	28
5.7.4	Z 索引.....	28

5.8	脉冲输出	29
5.8.1	单脉冲生成	29
5.8.2	具有开始触发的单脉冲生成	29
5.8.3	有限脉冲序列生成	30
5.8.4	可重触发的单脉冲或有限脉冲序列生成	30
5.8.5	连续脉冲序列生成	31
5.9	数字滤波	31
5.10	输出事件	31
5.10.1	脉冲方式	32
5.10.2	反转方式	32
6	数字量输入输出	33
6.1	DI/DO 数字量输入输出功能框图	33
6.2	DI 数字量输入的连接方式	33
6.3	DO 数字量输出的连接方式	34
7	触发	35
7.1	触发源选择	35
7.1.1	数字触发源	35
7.1.2	软件强制触发	35
7.1.3	数字触发	35
7.1.3.1	数字边沿触发功能	36
7.1.3.1	触发灵敏度	36
7.2	触发模式	36
7.2.1	开始触发	36
7.2.1.1	硬件延时触发	37
7.2.1.2	重触发	38
7.2.2	参考触发	39
7.2.3	暂停触发	39
8	产品保修	41
8.1	保修	41
8.2	技术支持与服务	41
8.3	返修注意事项	41
附录 A	各种标识、概念的命名约定	42

1 快速上手

本章主要介绍初次使用 USB3145A 需要了解和掌握的知识，以及需要的相关准备工作，可以帮助用户熟悉 USB3145A 使用流程，快速上手。

1.1 产品包装内容

打开 USB3145A 板卡包装后，用户将会发现如下物品：

- USB3145A 板卡一个。
- 阿尔泰科技软件光盘一张，该光盘包括如下内容：
 - 1)、本公司所有产品驱动程序，用户可在文件夹找到 ART-DAQ 软件安装包。
 - 2)、用户手册（pdf 格式电子版文档）。

1.2 安装指导

1.2.1 注意事项

- 1)、先用手触摸机箱的金属部分来移除身体所附的静电，也可使用接地腕带。
- 2)、取卡时只能握住卡的边缘或金属托架，不要触碰电子元件，防止芯片受到静电的危害。
- 3)、检查板卡上是否有明显的外部损伤如元件松动或损坏等。如果有明显损坏，请立即与销售人员联系，切勿将损坏的板卡安装至系统。

1.2.2 应用软件

用户在使用 USB3145A 时，可以根据实际需要安装相关的应用开发环境，例如 Microsoft Visual Studio、NI LabVIEW 等。

ART-DAQ 是北京阿尔泰科技发展有限公司采集设备的驱动程序及开发套件，用以实现从简单到复杂的数据采集任务，高效快速搭建测试系统。

- 支持大多数 ART 硬件设备。
- 支持的操作系统：Windows 10/8/7/XP，LabVIEW RT（Linux 的支持情况，请致电技术支持咨询 400-860-3335）。
- 支持的编程语言和平台有：C/C++，LabVIEW 等。
- 提供 VC、C#、Labview 的编程范例程序，在 {ART Technology Directory\ART-DAQ\Sample} 目录中可以找到。
- 设备驱动提供的 dll，可以在 Windows 平台下的几乎任何编程环境中使用。

1.2.3 软件安装指导

在不同操作系统下安装 USB3145A 的方法一致。

第一步：将产品包装中附带的光盘插入光驱中，等待识别到光盘后，可查找到 ART-DAQ 软件安装包；如果您的硬件平台设备没有光驱，请从阿尔泰科技官网下载 ART-DAQ 软件安装包，链接地址：<http://www.art-control.com/>。

第二步：双击 ART-DAQ 软件安装包，进入安装向导，按照向导提示进行每一步安装即完成。

1.2.4 硬件安装指导

将 USB3145A 通过 USB 线缆正确连接至测试机中，系统会自动安装驱动，若未成功安装驱动按下述方法操作。

- 1)、打开 DMC(设备管理配置工具)。
- 2)、选中要安装的设备，右击选择‘更新驱动’，按向导提示进行下一步安装即完成。

1.3 设备接口定义

USB3145A 相关接口信息可以参见本手册 [《接口定义》](#) 章节。

1.4 板卡使用参数

- ◆ 工作温度范围：0°C ~ 50°C
- ◆ 工作相对湿度范围：10% ~ +90%RH（无结露）
- ◆ 存储相对湿度：5% ~ +95% RH（无结露）
- ◆ 存储温度范围：-20°C ~ +70°C

2 功能概述

本章主要介绍 USB3145A 的系统组成及基本特性，为用户整体了解 USB3145A 的相关特性提供参考。

2.1 产品简介

USB3145A 是一款同步采样多功能 DAQ 设备。该模块提供 8 路模拟量电流输入通道，16bit 分辨率，采样率高达 500 kS/s，内置高精度转换电阻，可直接量测 $\pm 20\text{mA}$ 的电流信号；并且支持 8 路静态数字 I/O，8 路可编程 I/O；以及 2 路多功能计数器功能。

USB3145A 的主要应用场合为：电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。

2.2 系统框图




图2-2-1 USB3145A系统框图

USB3145A 系统框图主要由信号调理电路、ADC 模块、PFI 复用功能控制模块、数字量输入输出模块、FPGA 控制模块、USB 设备控制器等组成。

ADC 模块可实现对 8 通道电流信号的采集，输入前端采用模拟开关进行输入通道的切换，支持按需单点采样、有限点采样和连续采样。

数字量输入输出模块包含 DIO 模块及 PFI 复用功能控制模块（提供可配置数字量输入输出、采样时钟输入、数字触发或者计数器的 I/O）。

2.3 规格参数

2.3.1 产品概述

产品型号	USB3145A
产品系列	多功能数据采集模块
总线类型	USB2.0 High Speed
操作系统	XP、Win7、Win8、Win10

板卡尺寸	详见 3.2 章节尺寸图
安装方式	导轨或平面安装

2.3.2 AI 模拟量输入

通道数量	8 通道
采样范围	±20mA
最大采集速率	500 kS/s
采样方式	同步采样
采集模式	按需单点采样、有限点采样、连续采样
采样电阻	249.5 Ω
增益误差	±0.05% Max @ FSR
偏移误差	±0.01mA (典型值)
高共模电压	±24V
保护电压	±15V
模拟带宽 (-3dB)	10kHz
存储器深度	4K 点 FIFO
耦合方式	直流耦合
校准方式	不支持自动校准
触发源	软件触发、数字触发
触发方式	开始触发、参考触发、暂停触发
触发源输入范围	数字触发：标准 TTL 电平

2.3.3 DIO 数字量输入输出

通道数	16 Line	Port0: 8 Line	
		Port1: 8 Line, 复用 PF10~7	
电气标准	TTL 兼容		
配置方式	程控 I/O 方向与状态		
输入逻辑电平	高电平	最大电压	5V
		最小电压	3V
	低电平	最大电压	0.8V
		最小电压	0V
Source 电流输出 逻辑电平	高电平	最大电压	5.1V @<1mA
		最小电压	4.46V @16.5mA
	低电平	最大电压	0V
		最小电压	0V
Sink 电流输出	高电平	最大电压	5.1V

逻辑电平		最小电压	4.9V
	低电平	最大电压	0.53V @16.5mA
		最小电压	0V @<1mA
最大输入范围	0V~5V		
存储器深度	无		
输入速率	10MHz		
下拉电阻	10KΩ		
输出速率	10MHz		
单通道最大驱动能力	-20mA @Source 电流 25mA @Sink 电流		
过压保护	-5V~+10V		
采样方式	仅支持软件（按需）单点采样		



①设备未上电时，请勿连接超过 3.3V 的外部电压至 DIO 通道，以及正常工作时勿长时间超出工作范围，以免损害设备的长期可靠性。

②为降低板卡功耗，建议 DO 使用 Sink 方式。

2.3.4 CTR 计数器

通道数	2 路多功能计数器
计数器源	CTR0: PFI0~PFI3 CTR1: PFI4~PFI7
计数器位数	32 位
计数器功能	CI: 边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量（基于增量式编码器）
	CO: 脉冲输出
最大输入频率	5MHz
最小电平脉宽	100nS
电气标准	TTL 电平
采样方式	CI: 按需单点采样
	CO: 单点（按需）生成、有限点生成、连续生成

2.3.5 +5V 输出

输出电压	+5.0V ± 0.2V
带载能力	200mA
负载调整率	3.3%
其他保护	过载后自动保护
软件开关	支持



板卡检测到+5V 输出过载后自动关闭电源输出，1 秒钟后重新打开，若仍有过载再次关闭 1 秒钟，以此循环，直至无过载。

2.3.6 外部供电

输入电压	7V~24V ($\geq 5W$)
过流保护	1A
过压保护	25V \pm 0.5V
其他保护	防反接
电源供电选择	自适应选择（外供电优先）

2.3.7 板卡功耗

工作方式	典型值 (mA)	最大值 (mA)
外供电 12V	100	250



① 当使用 USB 总线供电型集线器时，由于 USB 集线器端口只提供 100mA 的电流，但是该板卡功耗大于 1W，故不可直接使用 USB 总线供电型的集线器；建议使用外供电。

② 当 DO 使用 Source 方式输出时，建议使用外部供电，且供电电压大于 9V。

2.3.8 设备配置

上电状态	数字量配置	状态及方向
ID 号配置	物理 ID 及用户 PID	

2.3.9 设备信息查询

用户信息	物理 ID
	用户 PID
板卡信息	供电模式
	外部供电是否过压
厂商编号	产品序列号
	其它

2.3.10 其他规格参数

板载时钟振荡器	40MHz
USB 规范	USB2.0 High Speed
USB 总线速率	480Mb/s

3 设备特性

本章主要介绍 USB3145A 相关的设备特性，主要包括板卡外形图、主要元件功能说明、接口定义，为用户在使用 USB3145A 过程中提供相关参考。

3.1 板卡外形图




图 3-1-1 USB3145A 正面图

3.2 尺寸图及主要元件功能说明




图 3-2-1 板卡尺寸图

CN5: 外部供电接口

CN1~CN4: 信号输入输出连接器

J1: USB 接口

GLED: 绿色指示灯

- 常亮表示设备已准备好等待操作
- 闪烁表示设备正在被操作，有数据传输

RLED: 红色指示灯

- 常亮表示电源正常
- 闪烁一次表示电源已切换
- 一直闪烁表示外部供电电压过高




图 3-2-2 外壳尺寸图

3.3 接口定义




图3-3-1 管脚定义

表 3-3-1: 管脚功能概述

信号名称	管脚特性	管脚功能概述
AI0+~AI7+ AI0-~AI7-	Input	8路模拟量电流输入通道
P0.0~P0.7	Input/Output	Port0端口8路数字量输入输出
P1.0~P1.7/ PFI0~ PFI7	Input/Output	数字量输入输出
		数字触发信号输入
		外时钟输入
		计数器复用端口
	CTR0	PFI0 / P1.0 SRC/A PFI1 / P1.1 GATE/B PFI2 / P1.2 AUX/Z PFI3 / P1.3 OUT
	CTR1	PFI4 / P1.4 SRC/A PFI5 / P1.5 GATE/B PFI6 / P1.6 AUX/Z PFI7 / P1.7 OUT

AGND	GND	模拟信号地
DGND	GND	数字信号地



注意：当 PFI 的特殊功能使用时，数字量输入输出就被占用，需等到特殊功能释放后才能正常使用。

表 3-3-2：计数器各功能引脚分配

边沿计数	SRC	边沿计数的源输入输入引脚
	AUX	计数方向外部控制输入引脚
	OUT	输出事件
脉宽测量	GATE	被测信号输入引脚
周期测量	GATE	被测信号输入引脚
频率测量	GATE	被测信号输入引脚
半周期测量	GATE	被测信号输入引脚
脉冲测量	GATE	被测信号输入引脚
双边沿间隔	SRC	第一个有效边沿输入引脚
	GATE	第二个有效边沿输入引脚
位置测量（基于增量式编码器）	A	编码器通道 A 输入引脚
	B	编码器通道 B 输入引脚
	Z	编码器通道 Z 输入引脚
	OUT	输出事件
脉冲输出	OUT	脉冲输出引脚

4 AI 模拟量输入

本章主要介绍 USB3145A AI 模拟量输入的相关性质，主要包括 AI 模拟量输入功能框图、AI 校准、信号连接、AI 采集、AI 触发等，为用户在使用 USB3145A 过程中提供相关参考。

4.1 AI 功能框图

USB3145A 的模拟输入部分主要由连接器、程控放大器、低通滤波器、模数转换、AI 缓存、触发等功能模块组成。




图 4-1-1 AI 功能框图

连接器：输入端口，实现相关模拟输入信号的接入。

程控放大器：模拟输入信号需经程控放大模块进行放大或衰减，以确保模数转换的最高精度。

低通滤波器：可有效降低高频噪声并减少频率混叠。

模数转换器：将输入的模拟电压信号转换为数字信号的 ADC。

AI 缓存：FIFO 数据缓存器，确保模拟输入信号在采集过程中没有数据丢失。USB3145A 可存储 4K 采样点。

触发方式：USB3145A 支持软件强制触发、数字触发。

4.2 AI 数据采集注意事项

USB3145A 可以高速扫描模拟输入通道，实现高精度采集。但使用过程中会有一些因素增加系统的建立时间，降低系统测量的准确性。建立时间是指输入信号经 ADC 采样之前，程控放大器将输入信号放大至合适的量程范围内所需要的时间。

用户需注意以下几点，以确保高精度采集的实现。

4.2.1 使用低阻抗信号源

使用低阻抗信号源，可以缩短程控放大器建立时间，提高系统精确度，建议用户使用阻抗小于 $1K\Omega$ 的信号源。如果用户的信号源为高阻抗信号源，可通过降低采样率或使用一个外部电压跟随来缩短系统的建立时间，使精确度得以提高。

4.2.2 使用高质量电缆

使用高质量电缆可以最大限度地提高精确度，减小串扰、传输线效应和噪声等几个方面的影响。

建议用户使用具有良好屏蔽效果的电缆。

4.2.3 选择合适的采样速率

在低速采集系统中，程控放大器可通过降低采样速率来增加精度。在高速采集系统中，使用求均值的方式，采样结果会更加精确。用户需根据实际需求选择合适的采样速率。

4.3 AI 校准 (CAL)

USB3145A 不支持自动校准，产品出厂时已经校准，校准常量被保存在固定的存储区域，由于误差会随着时间和温度变化，建议用户在需要时重新校准。

电流校准需要借助外部精确电流源，通过外部接线配合软件界面操作来实现，校准方法如下：



电流量程零点校准：短接对应通道的 AI+与 AI-端，点击 **零点校准** 即成功。

电流量程增益校准：外部设备提供一个接近满量程的电流信号，用高精度万用表标定此电流值，之后将此电流信号接入 AI+与 AI-通道间，在校准程序界面写入标定的电流值，点击 **增益校准** 即完成增益校准。



- ① 产品出厂时已经校准，校准常量被保存在固定的存储区域。
- ② 在 AI 校准开始前，请至少将采集卡预热 15 分钟，并且必须停止当前的所有采样任务方可进行。

4.4 AI 数据格式及码值换算

USB3145A 的数据以浮点形式显示。



用户若将超出最大模拟输入电流范围的信号连接至板卡会造成数据采集失真甚至设备损坏，由此造成的损坏本公司不承担任何责任。

表 4-4-1：AI 模拟量输入的数据格式

输入电流值	单位 (mA)
量程	±20

正满度	20
中间值（零点）	0.00000
负满度	-20

AI 采集的结果主要调用 AI_ReadAnalog()函数以电压双精度浮点数的形式返回给用户。

如果用户调用 AI_ReadBinary()函数以二进制原码形式返回的采样结果，可以有两种方法转换为实际电压值：

方法一、根据采样量程挡位 nSampleRange 调用 AI_ScaleBinToVolt()函数进行二进制原码到电压值的隐式转换。

方法二、根据采样量程挡位 nSampleRange 调用 AI_GetRangeInfo()函数获得换算系数后进行每个二进制原码到电压值的显式转换。换算公式：

$$fVolt = (nBinary[n] - RangeInfo.fOffsetCode) * RangeInfo.fCodeWidth;$$

或：

$$fVolt = nBinary[n] * RangeInfo.fCodeWidth - RangeInfo.fOffsetVolt;$$



为了简化用户设计，建议使用 AI_ReadAnalog() 函数直接读取电压值，省去电压换算环节。

4.5 AI 信号连接

电流信号源为浮接信号源或接地信号源，通过 249.5 Ω 的高精密转换电阻转换成电压，精密电阻上两端的产生的交叉电压信号被认为是差分信号，经过差分运算放大器，输入 ±5V 的电压信号至模数转换器芯片(ADC)。

USB3145A 在前端电路中包含一个差分放大器，支持电流源的共模电压高达 ±24V。




图 4-5-1 电流信号连接方式

4.6 AI 内时钟与外时钟

4.6.1 AI 时钟源选择

AI 内时钟

板载 40M 时钟经过 PFGA 内部逻辑控制电路分频后产生的时钟信号定时触发 AD 进行转换。

AI 外时钟

AI 外时钟功能是指使用板外时钟信号来定时触发 AD 进行转换。

该时钟信号通过 PFIx 管脚接入，经过时钟选择器提供给 ADC。板外时钟信号可以是另外一块板的时钟输出，也可以是其他设备如时钟频率发生器等。



外部时钟频率 ≤ ADC 最高转换频率。

4.6.1 时钟输入输出的连接




图 4-6-1 时钟输入输出的连接

4.7 AI 采集模式

该采集卡的 AI 采集模式有按需单点采样、有限点采样、连续采样。

4.7.1 按需单点采样

按需单点采样可简单、方便的实现各通道单个点的采样，如图 4-7-1 所示。

按需单点采样功能是指用户根据需求，随时可以获取各个通道一个采样点的功能。该功能主要针对简单采样或采样实时性要求较高、数据量很少且采样时间不确定的应用中。采集实时性比较高，可方便的用于 PID, PLC 等实时的快速伺服闭环控制系统等场合。用户在每发出单点的读命令 (AI_ReadAnalog()或 AI_ReadBinary())后，设备快速的完成一次采集，各通道采集一个点，之后通过 USB 总线将采集的 AI 数据迅速的传给 PC 机。




图4-7-1 按需单点采集

在按需单点采样模式下，AI 启动并被触发后，以 AI 最大采样频率作为转换时钟，所选通道同时采集一个点，数据采集完成后将其传输到 PC 机完成一次单点采样。



① 在按需单点采样下，AI 转换频率受控于 AI 最大采样频率，而 AI 的采样速率则受制于用户的单点读命令。

② 在按需单点采样下，时钟输出 CLKOUT 无效。

4.7.2 有限点采样

有限点采样功能是指 AI 在采样过程中，以设置的采样速率扫描各采集通道，采集过程中不停顿，每通道各采集预设采样长度（AIParam.nSampsPerChan）后自动停止采集的方式。

有限点采样用在已知采样总点数或采样总时间的采样任务中，尤其是用在带有触发的采样任务中。例如：需要在触发信号开始之后采集 2 秒钟长度的数据，使用有限点采样方式可以很方便的实现此需求。使用时，需要指定每通道的采样长度，或将需要采集的时间根据采样速率转换为每通道的采样长度，比如当每个通道需采集 N 个数据（nSampsPerChan = N），采样方式如图 4-7-2 所示。




图 4-7-2 有限点采样

在有限点采样模式下，AI 启动后等待触发事件，被触发后，以预设的时钟（图 4-7-2）作为 AI 采样时钟，按照预设的通道 AI0、……、AI7 同步采集，所选通道采集够 N 个数据后，数据通过 USB 总线传输到 PC 机，至此完成一次有限点采集。若再次启动 AI 采集，等待触发事件，重复上述动作直至停止采集。



① 在内时钟有限点采样模式下，AI 采样速率为设置的内时钟频率（由参数 fSampleRate 指定）。

② 在外时钟有限点采样模式下，AI 采样速率为外时钟频率，其频率不能大于 AI 的最大采样频率。

4.7.3 连续采样

连续采样功能是指 AI 在采样过程中每相邻两个采样点的时间相等，采集过程中不停顿，连续不间断的采集数据，直到用户主动停止采集任务。采样方式如图 4-7-3 所示。




图4-7-3 时钟连续采样

在连续采样模式下, AI 启动并开始触发后, 以预设的时钟(图 4-7-3)作为 AI 采样时钟, AI0、……、AI7 同步采集, 直到用户停止 AI 采集。



- ① 在内时钟连续采样模式下, AI 采样速率由参数 `fSampleRate` 指定。
- ② 在外时钟连续采样模式下, AI 采样速率为外时钟频率, 其频率不能大于 AI 的最大采样频率。

4.8 AI 触发

AI 包含三种不同的触发方式: 开始触发、参考触发、暂停触发。具体的触发模式请参考《触发》章节中的《触发方式》的说明。

AI 采样支持模拟边沿、数字边沿两种触发类型, 所以触发信号的来源既可以来自模拟触发器, 也可以使用数字触发器, 具体的触发类型请参考《触发》章节中《触发类型》的说明。

4.9 AI 多卡同步的实现方法

多卡同步可以有 3 种方案, 第一种: 采用主从卡级联, 第二种: 采用共同的外触发, 第三种: 采用共同的外时钟采用主从卡级联时, 置主卡为内时钟源模式, 从卡为外时钟源模式, 连接好被采信号, 按图 4-9-1 连接主从卡。先启动所有从卡, 由于主卡没有被启动, 此时主卡没有输出时钟信号, 所以从卡进入等待状态, 直到主卡被启动时所有板卡才开始同时动作。这种连接方式实现了多卡同步采样的功能。




图 4-9-1 主从卡级联同步采集的连接方式

采用共同的外触发时, 使能外部数字触发或通道模拟触发, 置所有板卡的所有配置参数应保持一致。连接好被采信号, 选择外部数字触发, 并设置触发方向, 所有板卡从 PFI 管脚接入同一个触发信号, 启动所有板卡, 此时采集卡并不采集, 进入等待状态, 直到触发信号满足条件时所有板卡才开始同时动作。这种连接方式实现了多卡同步采样的功能。




图 4-9-2 外触发同步采集的连接方式

采用共同的外时钟时，置时钟源为外部时钟源，且所有板卡的所有配置参数应保持一致。连接好被采信号，启动所有板卡，此时采集卡并不采集，进入等待状态，直到外部时钟信号接入时所有板卡才开始同时动作。这种连接方式实现了多卡同步采样的功能。




图4-9-3 外时钟同步采集的连接方式

5 CTR 计数器

本章主要介绍 USB3145A 计数器的相关性质，主要包括边沿计数、频率测量、半周期测量、脉宽测量、两边沿间隔测量、位置测量（基于增量式编码器）及脉冲输出功能，为用户在使用 USB3145A 过程中提供相关参考。

USB3145A 的采集模式有单点采样、有限点采样、连续采样，（其中 CI 仅支持单点采样）。

单点采样：指定任务采集或生成一个采样。

有限点采样：指定任务采集或生成有限个采样，具体个数由用户配置的采样长度决定。

连续采样：指定任务在停止前始终采集或生成脉冲。

5.1 边沿计数

边沿计数是设备使用计数器得到上升沿和下降沿个数。

在边沿计数应用中，计数器使能后会对输入信号脉冲沿进行计数，用户可以配置计数的有效脉冲沿（上升沿或下降沿），同时也可以控制计数方式（加计数、减计数或外部控制）。计数器的数值可以通过软件读取或通过采样时钟获取。

5.1.1 计数方向控制

- 始终加计数；
- 始终减计数；
- 外部控制计数，当其输入端 AUX 为高时加计数，反之减计数。

5.1.2 边沿计数

单点边沿计数：计数器使能后对输入信号脉冲沿进行计数。

GATE 门控功能可通过暂停触发实现，硬件上将暂停触发路由到 GATE 上实现边沿计数是否暂停计数的功能，单点边沿计数可使用暂停触发将 PFI 路由至 GATE 门控输入上。

图 5-1-1 为边沿加计数上升沿有效示意图，其他方式不再陈述。




图 5-1-1 边沿加计数上升沿有效示意图



为保证所获得的计数值准确，用户需在计数器开始对输入信号计数之后，再通过采样时钟读取当前计数值。

5.1.3 计数重置

计数重置是指边沿计数在工作时，接收到计数重置信号的有效边沿后，计数器自动装载重置值

的功能。

计数重置功能可以单独开启或关闭，用户可以配置计数重置的有效边沿（上升沿或下降沿），可以对重置接线端的信号进行滤波，以消除抖动带来的影响。

5.2 频率/周期测量

用户可以通过计数器实现对特定信号频率的测量。



连续测量的第一个采样通常是无效的，因计数器在使能后开始计数，该使能信号通常位于输入信号当前周期的中部位置，所以存入缓存的第一个计数值不能完全反映输入信号的周期，因此用户在读取数据时应将第一个数据丢弃。

频率测量方法根据实际应用的不同主要包括下述几个：

5.2.1 测量低频信号

该测量方法是通过一个已知频率的时基信号对输入信号进行测量，适用于中低频信号。

单点测量时，计数器对输入信号的单个周期进行计数，测量完成后，计数值存储至硬件寄存器。

图 5-2-1 为低频信号频率测量上升沿有效示意图，其他有效边沿不再陈述。




图 5-2-1 低频信号频率测量上升沿有效示意图

信号频率 = 内部时基频率 / 计数值 M。

5.2.2 测量高频信号

该测量方法将根据用户设置的测量时间，产生固定宽度的脉冲，计数器将被测信号作为时钟对固定宽度的脉冲进行计数，根据计数结果计算出被测信号的频率。本卡测量时间最小单位 1ms，最大 40s，适用于高频信号。

单点测量时，计数器对被测信号测量，产生 1 个测量结果后计数停止，计数值存储至硬件寄存器。

图 5-2-2 为高频信号频率测量上升沿有效示意图，其他有效边沿不再陈述。




图 5-2-2 高频信号频率测量上升沿有效示意图

信号频率 = 计数值 N / 测量时间 ， 测量时间 = 计数值 M / 内部时基频率 。

5.2.3 测量大范围信号

该测量方法根据用户设置的除数将输入信号的频率除以除数，生成一个计数器更易于测量的 Divided Down 信号，然后通过内部时基信号对该脉冲信号进行计数，根据计数结果计算出被测信号的频率。除数设置范围 ≥ 4 。

单点测量时，计数器对被测信号测量，产生1个测量结果后计数停止，计数值存储至硬件寄存器。

图 5-2-3 为大范围信号频率测量上升沿有效示意图，下降沿有效不再陈述。




图 5-2-3 大范围信号频率测量上升沿有效示意图

信号频率 = 内部时基频率 / 计数值 M * 除数 。

5.2.4 周期测量和频率测量

采样在硬件中，频率测量和周期测量是相同的，周期即为频率倒数。

5.3 半周期测量

半周期测量是测量连续高低时间交替边沿之间的时间间隔。

单点测量时，计数器对输入信号的半周期进行计数，测量完成后，计数值存储至硬件寄存器。




图5-3-1 半周期示意图

半周期值 = 计数值 M / 内部时基频率 。



连续测量的第一个采样通常是无效的，因计数器在使能后开始计数，该使能信号通常位于输入信号当前周期的中部位置，所以存入缓存的第一个计数值不能完全反映输入信号的周期，因此用户在读取数据时应将第一个数据丢弃。

5.4 脉冲测量

在脉冲测量中，计数器测量启动任务后的 GATE 输入信号上脉冲的高/低时间。脉冲是根据它高/低的时间、高/低的滴答、频率/占空比来定义的，这与脉冲宽度的测量类似，不同之处在于它也测量了低脉冲时间（脉宽测量高有效时）。

将内部或外部周期性时钟信号（具有已知周期）连接到计数器的时钟输入端。计数器计算出在 GATE 信号的两个边沿之间的时钟输入端上出现的上升（或下降）的边沿数。

时钟信号的周期乘以计数器返回的边沿数，可计算出 GATE 输入的高和低的时间。

5.4.1 单脉冲测量

单脉冲（按需）测量相当于一个脉冲的高（H）和低（L）滴答上的两个单脉冲宽度测量，如图 5-4-1 所示。




图 5-4-1 单（按需）脉冲测量

5.4.2 脉冲与半周期测量

采样在硬件中，脉冲测量和半周期测量是相同的。两者都测量脉冲的高低时间。两者测量之间的功能差异是数据的返回方式不同。在半周期测量中，每个高或低的时间被认为是一个数据点，并以秒或滴答为单位返回。在脉冲测量中，每对高和低的时间被认为是一个数据点，并以频率/占空比，高和低的时间，或高和低的滴答为单位作为配对值返回。在读取数据时，半周期测量中的 10 个点可得到 5 个高的时间和 5 个低的时间的数组。而在脉冲测量中读取 10 个点时，将获得 10 对高和低的时间的数组。此板卡只支持按需单点采样。

此外，脉冲测量支持采样时钟定时，而半周期测量则不支持。

5.5 脉宽测量

脉宽测量是对从上升沿到下降沿，或下降沿到上升沿的时间间隔进行测量。

单点测量时，计数器对输入信号的单个有效脉冲进行计数，计数停止后，计数值存储至硬件寄存器。

图 5-5-1 为脉宽测量上升沿有效示意图，下降沿有效不再陈述。




图 5-5-1 脉宽测量上升沿有效示意图

脉冲宽度值 = 计数值 M / 内部时基频率。



连续测量的第一个采样通常是无效的，因计数器在使能后开始计数，该使能信号通常位于输入信号当前周期的中部位置，所以存入缓存的第一个计数值不能完全反映输入信号的周期，因此用户在读取数据时应将第一个数据丢弃。

5.6 两边沿间隔测量

两边沿间隔测量是测量一个数字信号的上升沿或下降沿与另一个数字信号的上升沿或下降沿之间的时间。

单点测量时，计数器使能后，在第一个信号的有效边沿开始计数，第二个信号的有效边沿停止计数，并将计数值存储至硬件寄存器。

图 5-6-1 为两输入信号均上升沿有效示意图，其他有效边沿不再陈述。




图 5-6-1 两边沿均上升沿有效示意图

两边沿间隔 = 计数值 M / 内部时基频率。

5.7 编码器

编码器可将线性或旋转位移转换为数字或脉冲信号。用户通过计数器可以实现基于正交编码器或双脉冲、单脉冲编码器的位置测量。通过 X1、X2 和 X4 角度编码器，实现对角位置的测量；通过双脉冲、单脉冲编码器可实现对线性位置及角度位置的测量。

5.7.1 利用正交编码器测量

➤ X1 编码

在 X1 编码模式下，当信号 B 在信号 A 之后时，增量发生在信号 A 的上升沿；当信号 B 在信号 A 之前时，减量发生在信号 A 的上升沿，计数器接收到读取指令后即可读取当前计数值。如图 5-7-1

所示。




图 5-7-1 X1 编码

➤ X2 编码

在 X2 编码模式下，当信号 B 在信号 A 之后时，增量发生在信号 A 的上升沿和下降沿；当信号 B 在信号 A 之前时，减量发生在信号 A 的上升沿和下降沿，计数器接收到读取指令后即可读取当前计数值。如图 5-7-2 所示。




图 5-7-2 X2 编码

➤ X4 编码

在 X4 编码模式下，当信号 B 在信号 A 之后时，增量发生在信号 A 和信号 B 的上升沿和下降沿；当信号 B 在信号 A 之前时，减量发生在信号 A 和信号 B 的上升沿和下降沿，计数器接收到读取指令后即可读取当前计数值。如图 5-7-3 所示。




图 5-7-3 X4 编码

5.7.2 利用双脉冲编码器测量

在双脉冲编码模式下，增量发生在信号 A 的上升沿，减量发生在信号 B 的上升沿，计数器接收到读取指令后即可读取当前计数值。如图 5-7-4 所示。




图 5-7-4 双脉冲编码

5.7.3 利用单脉冲编码器测量

在单脉冲编码模式下，当信号 B 为低电平时，增量发生在信号 A 的上升沿；当信号 B 为高电平时，减量发生在信号 A 的上升沿，计数器接收到读取指令后即可读取当前计数值。如图 5-7-5 所示。




图 5-7-5 单脉冲编码



单脉冲编码器与 X1 模式相同。

5.7.4 Z 索引

当通道 Z 为高电平，且信号 A 和信号 B 符合索引相位时，计数器将被重置为设定的索引值。如图 5-7-6 所示，启用 Z 索引功能，并且将 Z 值设置为 10，触发相位设置为 A 低 B 低。当通道 Z 为高电平并且通道 A 与通道 B 都为低电平时，计数值将重新加载，然后按照之前的方式继续计数。下图以 X2 编码器来举例。




图 5-7-6 Z 索引

5.8 脉冲输出

5.8.1 单脉冲生成

计数器可输出一个单脉冲。从计数器触发到脉冲开始的延时时间可以被设置。延迟时间是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。

可以设置要输出的脉冲宽度，脉冲宽度也是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。也可以设置脉冲的初始状态、初始延时。图 5-8-1 所示，单脉冲生成，此脉冲的初始状态为低电平，初始延时为 3，脉冲宽度为 4（使用时基的上升沿）。




图 5-8-1 单脉冲生成

5.8.2 具有开始触发的单脉冲生成

计数器可以响应硬件启动触发信号上的一个脉冲而输出单个脉冲。

将开始触发信号连接到计数器的门控输入端。可以设置从“开始触发”到“脉冲开始”的延时时间，还可以设置脉冲宽度。延时时间和脉冲宽度可以根据时基输入的多个有效边沿来测量。

触发脉冲信号启动一次后，计数器将忽略门控输入。图 5-8-2 为具有启动触发功能的单脉冲的产生，此脉冲延时为 3，脉冲宽度为 4（使用时基的上升沿）。




图 5-8-2 具有开始触发的单脉冲生成

5.8.3 有限脉冲序列生成

有限脉冲序列生成产生一系列设定频率和占空比的脉冲，用于预设脉冲数量。从计数器脉冲启动任务开始的初始延时时间的计数，之后进入脉冲正常输出的高、低嘀嗒计数。计数器根据实际输出值输出对应的高、低脉冲，并在输出设定的脉冲个数后自动停止任务。图 5-8-3 所示，有限脉冲序列生成：初始状态为低电平，2 个嘀嗒初始延时， 3 个高嘀嗒，3 个低嘀嗒，4 个脉冲。




图 5-8-3 有限脉冲序列生成

5.8.4 可重触发的单脉冲或有限脉冲序列生成

脉冲计数器可以输出单个脉冲或多个脉冲来响应硬件开始触发信号上的每个脉冲。产生的脉冲出现在计数器的计数器 n 内部输出信号上。

将开始触发信号连接到计数器的 GATE 输入端。设置从“开始触发”到每个脉冲开始的延时时间，也可以设置脉冲宽度。延时时间和脉冲宽度可以根据时基输入的多个有效边沿来测量。在应用 CO 时，初始延时可用于第一个触发脉冲输出，也可以用于每次触发的脉冲输出。用户可通过启用触发器上的初始延迟属性来配置。单脉冲的默认值为 True，而有限脉冲序列的默认值为 False。

当脉冲生成正在进行时，计数器的 GATE 输入将被忽略。在脉冲生成完成后，计数器等待另一个开始触发信号以便开始另一个脉冲的产生。对于重触发的脉冲生成，不允许暂停触发，因为暂停触发也使用 GATE 输入信号。如图 5-8-4 为应用 CO 产生的脉冲延时为 5 且脉冲宽度为 3（使用源的上升沿）的两个脉冲，.使能重触发的初始延时设置的默认值为 True。图 5-8-5 为用 CO 产生的相同的脉冲序列。使能重触发的初始延时设置的默认值为 False。




图 5-8-4 重触发器上具有初始延时的重触发单脉冲的产生




图 5-8-5 重触发器上具有初始延时的重触发单脉冲产生设置值为 False



触发和第一个触发边沿之间的最小时间是时基的两个嘀嗒

5.8.5 连续脉冲序列生成

连续脉冲序列生成产生具有可编程频率和占空比的一系列脉冲。

可设置从计数器触发到脉冲序列开始的延时时间，即初始延时。延时时间是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。可设置输出信号的高和低的脉冲宽度。脉冲宽度也是根据时基输入的多个有效边沿来测量的。也可以设置外时钟输入时的有效边沿（上升沿或下降沿）。

计数器被触发或者响应硬件启动触发后，计数器开始生成脉冲序列。硬件内部将“开始触发”信号路由到计数器的 GATE 输入端。也可以使用计数器的 GATE 输入作为暂停触发（GATE 不被用作开始触发时）。当暂停触发被触发时，计数器暂停脉冲的输出。图 5-8-6 为连续脉冲序列的生成（使用源的上升沿）。




图 5-8-6 连续脉冲序列生成

连续脉冲序列的生成有时被称为分频。如果输出信号的高和低脉冲宽度是 $M+N$ 个周期，则计数器 n 内部输出信号的频率为：频率 = 时基频率 / $(M + N)$ 。

5.9 数字滤波

数字滤波选项可消除输入数据的毛刺。比如，频率测量时，GATE 上信号的抖动会导致频率测量不准确，使用滤波功能可减小或消除抖动对测量的影响，提高测量的准确性。用户可通过配置“滤波宽度设置”来控制滤波的时间间隔。滤波可阻止宽度小于指定滤波间隔相等的脉冲，通过宽度大于指定间隔的脉冲，如图 5-9-1。




图 5-9-1 脉冲输出

5.10 输出事件

计数器在边沿计数和基于编码器进行位置测量时，可以配置计数器在计数溢出时（加计数时上溢或减计数时下溢），输出一个事件。

输出的事件有两种方式：脉冲方式或者反转方式。

5.10.1 脉冲方式

脉冲方式为计数器溢出时，根据用户设定的输出极性，输出一个计数周期的脉冲，脉冲宽度与计数器的输入信号有关。计数器继续计数，再次溢出时，再次输出一个计数周期的脉冲。

以加计数为例，设定输出极性为高电平，当计数器从初始值加计数，加到 4294967295 （即 $2^{32}-1$ ）时，计数器输出一个高脉冲，当计数器继续加计数到 0 时，此输出脉冲无效。




图 5-10-1 脉冲方式输出

减计数工作方式同加计数类似，只是计数器减到 0 时，计数器输出一个有效脉冲。

5.10.2 反转方式

反转方式为根据用户设定的空闲状态，计数器溢出时，输出发生一次反转。计数器继续计数，再次溢出时，输出再次发生反转。

以加计数为例，设定空闲状态为低电平，当计数值从初始值加到 4294967295 （即 $2^{32}-1$ ）的过程中，计数器输出一直为空闲状态的低电平，当计数器继续加计数为 0 时，输出反转为高电平。




图 5-10-2 反转方式输出

减计数工作方式同加计数类似，只是计数器减到 4294967295 （即 $2^{32}-1$ ）时，计数器输出发生反转。

6 数字量输入输出

本章主要介绍 USB3145A 数字量输入输出的相关性质，主要包括数字量输入输出功能框图、信号连接等，为用户在使用 USB3145A 过程中提供相关参考。

6.1 DI/DO 数字量输入输出功能框图

USB3145A 的数字量输入输出均为静态 I/O，其中 Port0 的每个端子可做输入输出，用户任意配置。Port1 的每个端子不但都可以作为输入或输出，用户可任意配置，也可作为复用功能控制。




图6-1-1 DIO功能框图

输入输出电路保护：USB3145A 的所有数字输入输出接口均具备电路保护功能，以避免设备在过压、静电释放的情况下遭到损坏。

6.2 DI 数字量输入的连接方式





图6-2-1 DI 数字量输入的连接



用户若将超出最大数字输入电压范围的信号连接至板卡会造成数据采集失真甚至设备损坏，由此造成的损坏本公司不承担任何责任。

6.3 DO 数字量输出的连接方式



为降低板卡功耗，建议 DO 使用 Sink 方式。

当用户需驱动高电压或大电流设备时（比如 24V 继电器），需要用户自行设计外围驱动电路，可使用三极管驱动方式，如图 6-3-3， $I_c \approx VCC/R_L$ （ R_L 为继电器内阻），用户使用时一定要注意 I_c 要小于三极管 VT 的最大集电极电流。




图 6-3-3 DO 数字量控制继电器电路

7 触发

触发是引起采样或者生成动作的信号，例如开始或停止数据采集。配置触发时，必须选择触发的模式以及触发的类型。大部分功能都支持内部软件触发以及外部数字触发。一些设备还支持模拟触发。不同的功能对应的触发模式及触发类型详见各功能触发章节的说明。本章重点介绍如何选择触发模式及触发类型。

7.1 触发源选择

7.1.1 数字触发源

数字触发源由 PF10~PF17 任一通道来触发，使用过程中，被选中的数字触发源请勿悬空，否则该触发源会受到其他通道的串扰，导致误触发。触发源选择如图 7-1-1 所示。




图 7-1-1 数字触发源选择

7.1.2 软件强制触发

软件强制触发等同于外部数字触发和模拟触发。它的主要作用在于当启动任务后无法及时等到外部触发，用户随时可以发出软件触发以强制设备立即正常执行任务一次。或者用户无须外部触发情况下时就要采样任务时，可以选择执行软件强制触发（AI_SendSoftTrig()）动作。如图 7-1-2 所示。




图 7-1-2 AI 软件强制触发

7.1.3 数字触发




图 7-1-3 数字触发连接方法

7.1.3.1 数字边沿触发功能

数字边沿触发是根据触发源信号的变化特征来触发任务的。即利用触发源信号的边沿信号作为触发条件。

数字边沿触发方向分为：下降沿触发、上升沿触发、变化触发。

以 AI 采集中数字边沿触发的下降沿触发为例来说明，具体过程如图 7-1-4 所示。数字边沿触发的上升沿触发、变化触发不再陈述。




图7-1-4 数字边沿触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，开始采集任务，AI 并不立刻采集数据，当数字边沿触发源信号从高电平变为低电平时，即数字边沿触发源信号出现下降沿时，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

7.1.3.1 触发灵敏度

理想中的模拟触发信号和数字触发信号是没有抖动的。但实际中的模拟触发信号和数字触发信号会有很大的抖动，使用触发灵敏度（AIParam. nTriggerSens）可以很好的抑制抖动。如下图7-4-5所示：




图 7-1-5 触发灵敏度

7.2 触发模式

USB3145A包含了开始触发、参考触发、暂停触发三种触发功能。




图 7-2-1 不同功能支持的触发

7.2.1 开始触发

开始触发是根据触发源信号的变化特征来触发任务，即利用触发源信号的边沿信号作为触发条件。其中硬件延时触发和重触发隶属于开始触发中的一种触发功能。

开始触发的类型包含：无触发（软件自动触发）、数字边沿。如图 7-2-2 所示。




图 7-2-2 开始触发分类

以 AI 采集的数字边沿触发-下降沿触发为例来说明，具体过程如图 7-2-3 所示。其他不再陈述。




图7-2-3 数字触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发连续采集时，开始采集任务，AI 并不立刻采集数据，当 DTR 触发源信号从高电平变为低电平时，即数字触发源信号出现下降沿时，AI 立刻开始采集数据，直到此次采集任务结束或者用户点击“停止采集任务”按钮时停止。

7.2.1.1 硬件延时触发

硬件延时触发是隶属于开始触发中的一种触发功能。当延迟时间为0时，USB3145A进行开始触发任务，当延迟时间大于0时，USB3145A进行开始触发的硬件延时触发任务。触发方式如图7-2-4所示。




图 7-2-4 AI 硬件延时触发

USB3145A 启动采样任务后，等待触发事件，收到触发事件后，进入硬件延时阶段，当硬件延时计数值达到设定的延时时间后，开始采样，并将采集数据写入硬件缓冲区。




图7-2-5 硬件延时触发

7.2.1.2 重触发

重触发是隶属于开始触发中的一种触发功能。该触发只在有限点采样时有效。

如图7-2-6所示当延迟时间为0时，触发事件发生时采集特定长度数据后停止，等待下一个触发信号。当延迟时间大于0时，触发信号发生时，延迟特定时间后采集特定长度的数据，停止采集等待下一个触发信号。




图 7-2-6 AI 重触发

以 AI 采集的数字边沿触发-上升沿触发为例来说明无硬件延时，具体过程如图 7-2-7 所示。其他不再陈述。




图 7-2-7 重触发

使用带延时的开始触发和硬件延时触发可以采集多次触发事件后的数据。如图 7-2-7 开始采集任务，第一个触发事件发生后采集特定长度数据，停止采集等待下一个触发事件直至停止采集任务。（重复触发信号发生在采集未完成前是无效的）

7.2.2 参考触发

参考触发是有限点采样任务下，触发前采集一批数据的触发方式。以 AI 为例，比如，设置有限点总长度为 1000 个点，触发前采集 400 个点，则这 1000 个点的采集中，相对触发位置而言，触发前有 400 个点，触发后有 600 个点。

参考触发的类型包含：无触发（软件自动触发）、数字边沿。如图 7-2-8。



图 7-2-8 参考触发分类




图 7-2-9 参考触发

如图 7-2-9 所示。使用参考触发可以在有限点采样任务下，在触发信号前采集特定长度的数据。在开始采集任务时开始采集数据，在满足触发条件有限点采集完成后自动停止采集。



在预先设定的触发前采样点数未采集完成前所发生的触发事件是无效的。

7.2.3 暂停触发

暂停触发是在连续任务下，根据触发源信号的电平特征来暂停任务，即利用触发源信号的电平信号作为触发条件。

暂停触发的类型可分为：无触发（软件触发）、数字电平。如图 7-2-10。




图 7-2-10 暂停触发分类

以 AI 连续采集中数字电平-高电平触发为例来说明，具体过程如图 7-2-11 所示。低电平触发不再陈述。




图 7-2-11 暂停触发—高电平暂停

当触发方向选择高电平暂停时，点击“开始采集”按钮，AD 并不立刻采集数据，当 DTR 触发源信号为低电平时，AD 立刻采集数据，当 DTR 触发源信号为高电平时，AD 停止采集，以此重复。即只在 DTR 触发源信号为低电平时采集数据。

8 产品保修

8.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

8.2 技术支持与服务

如果用户认为产品出现故障，请遵循以下步骤：

- 1)、描述问题现象。
- 2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D4031010-02。

软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号或在“开始”菜单 → 所有程序 → 阿尔泰测控演示系统 → USB3145A 中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.10

- 3)、打电话给供货商，描述故障问题。
- 4)、如果用户的产品被诊断为发生故障，本公司会尽快解决。

8.3 返修注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到该产品和这本说明书，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司。

附录 A：各种标识、概念的命名约定

AI0、AI1.....AI_n 表示模拟量输入通道引脚(Analog Input), n 为模拟量输入通道编号(Number).

AO0、AO1.....AO_n 表示模拟量输出通道引脚(Analog Output), n 为模拟量输出通道编号(Number).

CTR0、CTR1.....CTR_n 表示计数器通道引脚(Analog Output), n 为计数器输入通道编号(Number).

DI0、DI1.....DI_n 表示数字量 I/O 输入引脚(Digital Input), n 为数字量输入通道编号(Number).

DO0、DO1.....DO_n 表示数字量 I/O 输出引脚(Digital Output), n 为数字量输出通道编号(Number).


ATR 模拟量触发源信号(Analog Trigger).

DTR 数字量触发源信号(Digital Trigger).

AIParam 指的是 AI 初始化函数中的 AIParam 参数，它的实际类型为结构体 USB3145A_AI_PARAM.

CN1、CN2.....CN_n 表示设备外部引线连接器(Connector)，如 37 芯 D 型头等，n 为连接器序号(Number).

JP1、JP2.....JP_n 表示跨接套或跳线器(Jumper), n 为跳线器序号(Number).



阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com